

SỞ Y TẾ CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/TB-VTTYT
Về việc mời chào giá *Que thử đường huyết*

Cà Mau, ngày 08 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện đa khoa Cà Mau kính mời Quý Công ty / Nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp các vật tư, hàng hóa theo các Phụ lục đính kèm. Quý Công ty có thể báo giá riêng từng mặt hàng hoặc theo từng nhóm sản phẩm tùy vào năng lực cung cấp của công ty.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file Word/Excel và bản scan Báo giá đến Email: p.vtyt.bvdkcm@gmail.com. Đồng thời gửi bản giấy có đóng dấu mộc của công ty/ nhà cung cấp về:

- Phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa Cà mau.
- Địa chỉ: số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 6, Tp Cà Mau.
- Điện thoại liên hệ: 0944.167.192 – Huỳnh Thùy Dương, phòng Vật tư thiết bị y tế.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm:

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá;
- Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành có số lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy uỷ quyền của chủ sở hữu;
- Catalogue sản phẩm hoặc các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có)

Thời gian nhận Báo giá: kể từ ngày thông báo này đến hết ngày 14/5/2023.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTBYT.

PHÒNG VTTBYT
TỈNH
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
CÀ MAU
Trần Thùy Dương



PHỤ LỤC DANH MỤC CHÀO GIÁ

STT	TÊN HÀNG HOÁ	YÊU CẦU KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Que thử dùng cho máy đo đường huyết	Đo được 4 loại máu: động mạch, tĩnh mạch, động mạch toàn phần và máu trẻ sơ sinh Phạm vi đo: 10-600 mg/DL Dải đo Hematocrit: khoảng từ 0% - 70% Sử dụng men thử FAD GDH Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 15197:2013 Chỉ đo lượng glucose trong máu, không đo các loại đường khác (maltose, galactose) không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy. Có thể thêm máu trong vòng 30s nếu mẫu máu chưa đủ, có kết quả trong 5s Lượng máu thử rất ít từ 0,6 Ml.	Hộp	142	