

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Trần Thế Duy phó phòng VTTYT SDT: 0901092186.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng VTTYT, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

-Nhận qua email: vattuytecamau@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h ngày 22 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h ngày 2 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 2 tháng 10 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế, vật tư y tế yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
-----	----------	--	----------	-------------

1	Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp PLASMA	Cấu hình kỹ thuật: Tiêu chuẩn: ISO 13485 Điều kiện môi trường ☐ Độ cao : 2000 m ☐ Phạm vi nhiệt độ : +5°C ~ +40°C ☐ Độ ẩm tương đối : max 80% ☐ Phạm vi dao động của điện áp cung cấp : điện áp cung cấp danh nghĩa ±10% ☐ Hạng mục lắp đặt : II / Hạng ô nhiễm: 2 Cấu hình cung cấp: ☐ Máy chính sử dụng công nghệ plasma dung tích 56 lít , 01 cửa : 01 cái ☐ Khay để dụng cụ có rây kéo tích hợp : 02 cái ☐ Máy in nhiệt tích hợp : 01 cái ☐ Màn hình điều khiển màu chạm tay : 01 cái ☐ Túi tiệt trùng : 02 cuộn ☐ Hóa chất test máy: 02 lọ/hộp ☐ Chỉ thị hóa học: 01 túi/hộp Tính năng kỹ thuật ☐ Phương pháp tiệt trùng ở nhiệt độ thấp có thể tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật mỏng và sắc bén nhạy cảm với nhiệt độ hoặc độ ẩm cao, tai mũi họng, dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ, dụng cụ vi phẫu cực nhỏ, phụ kiện thiết bị, nhựa, vật liệu xốp và các vật dụng mà không bị hư hại. ☐ Tương thích với hầu hết các thiết bị y tế liên quan đến một số loại nhựa, thiết bị điện, một số hợp kim, kim loại và các vật dụng nhạy cảm với nhiệt và độ ẩm ☐ Hydrogen Peroxide Plasma được sử dụng rộng rãi hoặc phổ biến nhất để khử trùng các thiết bị y tế và phẫu thuật như dụng cụ & dụng	01	Máy
---	--	---	----	-----

		cụ, ống nội soi, ống thông, v.v.. ☐ An toàn cho môi trường, người vận hành máy tiết trùng và đối tượng cần tiết trùng (khối lượng) ☐ Không có dư lượng hóa chất còn sót lại (không tạo ra bất kỳ sản phẩm phụ có hại nào) khi chúng kết hợp lại để tạo thành hơi nước, oxy và các sản phẩm phụ không độc hại khác bay hơi an toàn vào không khí. (Giảm oxy hóa plasma) vào cuối chu kỳ ☐ Tiết trùng plasma sử dụng tia cực tím và được tiết trùng ở nhiệt độ thấp khoảng thời gian ngắn (tức là 45 phút). Do đó, các đồ vật cần khử trùng có thể được sử dụng ngay lập tức vì không cần sấy khô.		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp: các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản trang thiết bị y tế.

- Hàng hoá phải được giao tận nơi đến kho của phòng VT-TBYT Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Địa chỉ: Số 16 Hải Thượng Lân Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm đóng gói, vận chuyển, bảo quản hàng hoá, đảm bảo giao hàng đúng địa điểm nêu trên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hoá đơn, chứng từ.

5. Các thông tin khác (nếu có): 

CHỦ ĐẦU TƯ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTBYT.



Bùi Đức Văn