

Số: 63/TB-VTTYT
Về việc sửa chữa, thay mới linh kiện
cho hệ thống CT-32 lát

Cà Mau, ngày 09 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, thay mới linh kiện cho hệ thống CT-32 lát của Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Trần Quang Niên, phó trưởng phòng VTTBYT SĐT: 0949.813.124.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng VTTYT, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

-Nhận qua email: vattuytecamau@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 20 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	ĐVT	Địa điểm thực hiện	Dự kiến ngày hoàn thành
1	Sửa chữa, thay mới Bộ chổi than nguồn	Sửa chữa, thay mới Bộ chổi than nguồn của Hệ thống chụp cắt lớp CT 32 lát (Model: SOMATOM Scope Power (SN 115458),	01	cái	Bệnh viện đa khoa Cà	12 tháng

		hãng- nước sản xuất: Siemen- Trung Quốc) - Thông tin Bộ chổi than nguồn: + Số lượng chiếc trong 1 bộ: 8 chiếc + Chất liệu: carbon + Điện áp: 230VAC + Dòng điện cực đại: 6.3A - Trong trường hợp thay mới Bộ chổi than nguồn, nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp ráp, thay thế linh kiện cũ và đảm bảo tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp CT 32 lát của Bệnh viện			Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	
2	Sửa chữa, thay mới Bóng phát tia	Sửa chữa, thay mới Bóng phát tia của Hệ thống chụp cắt lớp CT 32 lát (Model: SOMATOM Scope Power (SN 115458), hãng- nước sản xuất: Siemen- Trung Quốc) - Bóng phát tia là một cấu kiện của hệ thống CT-32 lát bao gồm bóng X-Quang, tích hợp với một stato, bộ giám sát nhiệt độ, van giảm áp và IC EEPROM để lưu trữ thông số dữ liệu hoạt động của bóng. Bóng được đảm bảo an toàn bức xạ theo IEC 60 601. - Trong trường hợp thay mới bóng phát tia, nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp ráp, thay thế linh kiện cũ và đảm bảo tương thích với Hệ thống chụp cắt lớp CT 32 lát của Bệnh viện	01	cái	Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau	12 tháng

Hình thức báo giá theo Mẫu báo giá áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế thuộc thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế (mẫu đính kèm).

CHỦ ĐẦU TƯ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTBYT.



Bùi Đức Văn