

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Trần Thế Duy phó phòng VTTYT SĐT: 0901092186.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng VTTYT, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

- Nhận qua email: vattuytecamau@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 02 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 12 tháng 11 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế, vật tư y tế yêu cầu báo giá: trong danh mục đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản trang thiết bị y tế.

- Hàng hoá phải được giao tận nơi đến kho của phòng VT-TBYT Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Địa chỉ: Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm đóng gói, vận chuyển, bảo quản hàng hoá, đảm bảo giao hàng đúng địa điểm nêu trên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giao hàng của chủ đầu tư.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hoá đơn, chứng từ.

5. Các thông tin khác (nếu có) 

CHỦ ĐẦU TƯ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTBYT.



Bùi Đức Văn



DANH MỤC HÀNG HOÁ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(kèm theo thông báo chào giá số 60/TB-VTTYT ngày 01/11/2023, của Bệnh viện đa khoa Cà Mau)

STT	Tên hàng hoá	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Vít tian khoá 3,5mm	Vít khóa tự ta ro 3.5 mm: Thiết kế của đầu Vít tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật (Instrument Set) dành riêng trong chấn thương chỉnh hình. -- Đường kính vít (đường kính ren) ± 0.05 mm - Đường kính lõi vít 2.9 mm ± 0.05 mm - Đường kính mũ vít (đầu vít) 4.9 mm ± 0.05 mm, lỗ lục giác 2.5 ± 0.05 mm Góc ren vít 60°, bước ren 0,8 mm ± 0.05 mm Mũi vít chiều sâu rãnh vác 1.7mm ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vác 4.8mm ± 0.1 mm - Chiều dài từ 12-60 mm bước tăng 2 mm Vật liệu Titanium Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde.	100	Cái
2	Vít tian khoá 5,0mm	Vít khóa tự ta ro 5.0 mm: Thiết kế của đầu Vít tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật (Instrument Set) dành riêng trong chấn thương chỉnh hình - - Đường kính vít (đường kính ren) 5.0 mm ± 0.05 mm - Đường kính lõi vít 4.2 mm ± 0.05 mm -- Đường kính mũ vít (đầu vít) 6,4 mm ± 0.05 mm - Chiều dài từ 12-90 mm Góc ren vít 60°, bước ren 1.00 mm ± 0.05 mm Mũi vít chiều sâu rãnh vác 2.5mm ± 0.1 mm chiều dài rãnh vác 5.4mm ± 0.1 mm - Chiều dài từ 12-50 mm bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm. Vật liệu Titanium Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde.	42	Cái