SỞ Y TẾ CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 561 / TB-BV
Về việc mời chào giá máy theo dõi bệnh nhân và bơm tiêm điện

Cà Mau, ngày 20 tháng 5 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ[1]

Kính gửi: Các nhà thầu, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm của Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ths. Trần Thế Duy, phòng Vật tư thiết bị y tế, SĐT: 0901.092.186.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
- Nhận qua email: noibo.vttbyt.bvdkcm@gmail.com .

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 21 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h ngày 31 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ghi trên báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: trong danh mục đính kèm.
   - Nhà thầu, nhà cung cấp vui lòng cung cấp catalog hoặc cung cấp hình ảnh, mô tả chi tiết cấu hình kỹ thuật của mặt hàng chào giá.
   - Hình thức báo giá vui lòng theo Mẫu báo giá đính kèm (file excel).
2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Địa chỉ: Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hoá đơn, chứng từ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

Tô Minh Nghị

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTBYT.

PHỤ LỤC

DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 561 /TB-BV ngày 20. / 5. /2025 của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau)

STT	Mã SP	Tên đơn vị/ chủng loại tài sản	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá/ Đơn vị
1	TB001	**MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 5 THÔNG SỐ**	**I.YÊU CẦU CHUNG** - Mới 100% - Sản xuất năm 2025 về sau - Xuất xứ: các nước thuộc nhóm G7 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 FDA, EU hoặc tương đương. **II.YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP** Máy chính có chức năng theo dõi các thông số sau đây: 01 máy Nhịp thở Điện tâm đồ Huyết áp không xâm lấn Độ bão hòa oxy trong máu Nhiệt độ Máy có màn hình màu cảm ứng tối thiểu 12.1 inches. Máy ghi nhiệt: 01 chiếc. Có báo giá thêm 02 thông số tùy chọn là: EtCO2 Huyết áp xâm lấn ***Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:***	Máy	10	

STT	Mã SP	Tên đơn vị/ chủng loại tài sản	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá/ Đơn vị
			Đầu dò nhiệt độ qua da: 01 chiếc Cảm biến SpO2 người lớn dùng nhiều lần: 01 chiếc Bao đo huyết áp người lớn: 01 chiếc Dây đo huyết áp với cổng kết nối: 01 chiếc Bộ đo IBP: 01 bộ Dây cáp ECG: 01 chiếc Dây nguồn: 01 chiếc Điện cực ECG dùng một lần cho người lớn : 01 Pin sạc: 01 chiếc Tài liệu: Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ. **III. YÊU CẦU KHÁC** - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm. - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.			
2	TB002	**BƠM TIÊM ĐIỆN**	**I.YÊU CẦU CHUNG** - Mới 100% - Sản xuất năm 2025 về sau - Xuất xứ/ Hãng sản xuất: các nước thuộc nhóm G7 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 FDA, EU hoặc tương đương. **II.YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP** -Máy chính: 01	Máy	20	

STT	Mã SP	Tên đơn vị/ chủng loại tài sản	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá/ Đơn vị
			-Dây nối điện nguồn: 01 -Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh – Việt): 01 -Máy có khả năng sử dụng nhiều loại ống tiêm phổ biến (10, 20, 30, 50 mL). -Máy có khả năng truyền theo thể tích từ ≤0.1 đến ≥1000.0 mL -Máy có tốc độ dòng chảy chính xác với bước cài đặt nhỏ đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình truyền. -Có chức năng tiêm nhanh. -Có chức năng phát hiện sớm tắc nghẽn. -Có hệ thống báo động/cảnh báo toàn diện. -Có các chức năng tiện ích như: Tự động tắt nguồn sau 3 phút không hoạt động, lặp lại âm báo, khóa bàn phím, giới hạn ống tiêm, làm tươi pin sạc, cho phép đăng ký ống tiêm người dùng và lưu giữ thông tin thuốc truyền…. - Có pin sạc tích hợp cho máy hoạt động liên tục dài tối thiểu 12 giờ. **III. YÊU CẦU KHÁC** - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm. - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.			