SỞ Y TẾ CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 954 / TB-VT-TBYT-BV
Về việc mời chào giá mua sắm Vật tư y tế

Cà Mau, ngày 23 tháng 7 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Các nhà thầu, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa Cà Mau với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hoà Thành, Tỉnh Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds. Lê Nhuỵ Niềm, phòng Vật tư - thiết bị y tế, SĐT: 0919.348.282.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Vật tư - Thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường Hoà Thành, Tỉnh Cà Mau.
- Nhận qua email: vattuytecamau@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 23 tháng 7 năm 2026 đến trước 17h ngày 02 tháng 8 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ghi trên báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: trong danh mục đính kèm.
   - Nhà thầu, nhà cung cấp có thể chào giá theo từng mặt hàng riêng biệt tuỳ theo khả năng.
   - Nhà thầu, nhà cung cấp vui lòng cung cấp catalog hoặc cung cấp hình ảnh, mô tả chi tiết cấu hình kỹ thuật của thiết bị chào giá
   - Hình thức báo giá vui lòng theo Mẫu báo giá đính kèm (file excel).

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Địa chỉ: Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường Hoà Thành, Tỉnh Cà Mau.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hoá đơn, chứng từ.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

Tô Minh Nghị

PHỤ LỤC

DANH MỤC HÀNG HOÁ CẦN MUA SẮM CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số 954 /TB-VT-TBYT-BV ngày 23 / 7 /2026 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau)

STT	MÃ SP	Danh mục hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1		Miếng ghép cột sống lưng,các cỡ	5	Cái	Chất liệu bằng nhựa PEEK sinh học hoặc Titanium phủ xốp Titan tương thích sinh học cao, không gây nhiễu ảnh trên X-quang, CT, MRI. Thiết kế hình học tối ưu khoang chứa xương ghép lớn, bề mặt có gờ răng cưa hoặc cơ chế chống trượt, đảm bảo khả năng bám dính chắc chắn vào bề mặt thân đốt sống và hạn chế di lệch sau cấy ghép. Có dải hoặc hạt chỉ thị X-quang giúp định vị chính xác vị trí đặt miếng ghép dưới C-arm. Cung cấp đầy đủ các kích thước gồm chiều cao, chiều rộng, chiều dài và độ nghiêng sinh lý phù hợp với giải phẫu bệnh nhân.	Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hoà Thành, Tỉnh Cà Mau.		
2		Vít đơn trục cánh ren ngược; thế hệ 4, các cỡ.	20	Cái	Chất liệu Hợp kim Titanium sinh học đạt tiêu chuẩn y tế, chịu lực nén, uốn và chống mỏi cao. Cấu trúc vít đơn trục cố định chắc chắn, tối ưu cho việc nắn chỉnh và cố định vững chắc cột sống. Đầu vít có thiết kế cánh ren ngược giúp chống biến dạng và chống xòe cánh đầu vít khi tác động lực siết khóa. Thân vít có thiết kế ren tối ưu độ bám xương, mũi vít thiết kế tự khoan hoặc tự xới. Đa dạng kích thước về đường kính và chiều dài.			
3		Vít đa trục cánh ren ngược; thế hệ 4 các cỡ.	20	Cái	Chất liệu Hợp kim Titanium sinh học đạt tiêu chuẩn cấy ghép y tế. Cấu trúc đầu vít đa trục cho phép xoay linh hoạt nhiều hướng tối thiểu cộng trừ 20 độ đến 30 độ theo các trục, hỗ trợ việc đặt thanh dọc dễ dàng và giảm ứng suất tập trung lên cuống sống. Đầu vít thiết kế cánh ren ngược chống xòe cánh khi siết lực lớn, thân vít tối ưu hóa lực bám vào cuống sống. Đa dạng kích thước về đường kính và chiều dài.			

STT	MÃ SP	Danh mục hàng hóa	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
4		Vít khoá trong tự ngắt cánh ren hình ngược tương thích với vít đơn trục và vít đa trục cánh ren ngược	20	Cái	Chất liệu Hợp kim Titanium sinh học, tương thích hoàn toàn với hệ thống vít cuống sống. Thiết kế ren ngược ăn khớp chính xác với đầu vít đơn trục và đa trục cánh ren ngược, giúp triệt tiêu lực xòe ngang và khóa chặt thanh dọc vào đầu vít. Có cơ chế đầu tự ngắt hoặc tự gãy khi đạt lực siết định chuẩn của hệ thống, đảm bảo lực khóa tối ưu, an toàn, không làm hư hại ren hay gây lỏng hệ thống.			
5		Thanh dọc tương thích với vít vít đơn trục và vít đa trục cánh ren ngược.	10	Cái	Chất liệu Hợp kim Titanium sinh học hoặc Hợp kim Cobalt-Chrome, có độ bền cơ học cao, chịu lực uốn và chống gãy mỏi tốt. Bề mặt trơn nhẵn, đường kính chuẩn theo hệ thống khoảng 5.5 milimét đến 6.0 milimét. Cho phép uốn tạo đường cong sinh lý cột sống bằng dụng cụ chuyên dụng mà không làm giảm tính chất cơ học. Cung cấp đa dạng các chiều dài đáp ứng cố định từ ngắn tầng đến nhiều tầng.			
Tổng 05 mặt hàng								

Mẫu báo giá

Tên, địa chỉ thông tin liên hệ của nhà cung cấp……

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Đơn vị tính là Việt Nam Đồng (VND)

Stt	Danh mục thiết bị y tế (1)	Tên thương mại của sản phẩm (2)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (3)	Mã HS (4)	Năm sản xuất (5)	Hãng sản xuất (6)	Nước sản xuất (7)	Xuất xứ (8)	Số lượng/ khối lượng (9)	Đơn giá (10)	Thành tiền (11)	Mã SP (12)
1												
2												
3												
…												
Tổng												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

…., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (13)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" (tên hàng hoá) trong Yêu cầu báo giá.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi tên thương mại của hàng hoá do Hãng sản xuất, nhà cung cấp chào bán tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế

(5), (6), (7), (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, Hãng -nước sản xuất và xuất xứ của thiết bị y tế

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế. Đơn giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lệ phí và tất cả dịch vụ liên quan (nếu có)

(11) Thành tiền = đơn giá x số lượng/khối lượng

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi mã hàng hoát theo cột mã hàng hoá tương ứng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá