

Số: 248/VTYT-BV
Về việc mời chào giá thiết bị y tế

Cà Mau, ngày 10... tháng 3 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà thầu, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị y tế của Bệnh Viện Đa khoa Cà Mau với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ths. Trần Thế Duy, phòng Vật tư thiết bị y tế, SĐT: 0901.092.186.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: phòng Vật tư thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

- Nhận qua email: vattuytecamau@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h ngày 10 tháng 3 năm 2025 đến trước 17h ngày 20 tháng 3 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ghi trên báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: trong danh mục đính kèm.


- Nhà thầu, nhà cung cấp có thể chào giá theo từng thiết bị riêng biệt tùy theo khả năng.
- Nhà thầu, nhà cung cấp vui lòng cung cấp catalog hoặc cung cấp hình ảnh, mô tả chi tiết cấu hình kỹ thuật của thiết bị chào giá
- Hình thức báo giá vui lòng theo Mẫu báo giá đính kèm (file excel).

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Địa chỉ: Số 16 Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, P. 6, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hoá đơn, chứng từ.
5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VTTBYT.



PHỤ LỤC

DANH MỤC MUA SẴM THIẾT BỊ Y TẾ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2025

(Kèm theo Thông báo số 248 /VTYT-BV ngày 10/3/2025 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau)

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	TB001	Máy tán sỏi laser	I. Yêu cầu chung: - Mới 100% - Sản xuất năm 2025 về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. II. Yêu cầu cấu hình cung cấp: - Máy chính: - Chứa hệ thống laser, hệ thống làm mát, màn hình điều khiển và các thành phần điện tử khác. - Máy có khả năng tạo ra tia laser với các thông số có thể điều chỉnh (công suất, năng lượng xung, tần số, thời gian xung...). - Máy được cài đặt sẵn các chương trình điều trị cho các ứng dụng khác nhau. - Phụ kiện đi kèm: - Kính bảo vệ: Bảo vệ mắt người sử dụng khỏi tia laser. - Công tắc đạp chân kép: Điều khiển hoạt động của máy. - Dây dẫn laser: Truyền tia laser đến vị trí điều trị. - Các dụng cụ hỗ trợ khác : Chìa khóa, dụng cụ chuốt và cắt dây dẫn laser. - Các tính năng kỹ thuật quan trọng: - Hệ thống nhận dạng tần số vô tuyến (RFID): Tự động nhận diện và kiểm tra dây dẫn laser. - Tia dẫn đường: Giúp định vị chính xác vị trí điều trị. - Màn hình cảm ứng: Hiển thị và điều khiển các thông số hoạt động. - Hệ thống làm lạnh: Giúp máy hoạt động ổn định và bền bỉ. - Ứng dụng: + Phẫu thuật trong nhiều chuyên khoa khác nhau: Tiết niệu, tiêu hóa, tai mũi họng, nội soi khớp, phẫu thuật cắt bỏ đĩa đệm và phẫu thuật tổng quát. + Tán sỏi: Tán sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi mật, sỏi tuyến nước bọt.	Bộ	1



STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			+ Điều trị mô mềm: Cắt, rạch, đốt, cầm máu mô mềm. III. Yêu cầu khác - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm. - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.		
2	TB002	Optic nội soi tán sỏi niệu quản 30 độ	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. II. Yêu cầu cấu hình cung cấp: - Chức năng chính: Đây là một ống nội soi niệu quản được sử dụng trong điều trị tán sỏi. Đầu chóp ống tròn nhẵn, giảm thiểu tổn thương niệu quản. Có hai kênh bên để tưới rửa liên tục. Thị kính chếch giúp phẫu thuật viên làm việc thoải mái và dễ dàng thao tác. - Ứng dụng: Dùng trong phẫu thuật tán sỏi. - Tương thích với Hệ thống nội soi Karl Storz Endoskope Xenon Nova-300 III. Yêu cầu khác - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau	Cái	1
3	TB003	Đầu dò siêu âm tổng quát (Curve)	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. II. Yêu cầu cấu hình cung cấp: - Đa tần số - Trường nhìn rộng - Bán kính cong	Cái	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			- Độ sâu thăm khám lớn - Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết - Có phần mềm hỗ trợ (nếu có) - Tương thích và đồng bộ với máy siêu âm MyLabTMSigma - Hãng: Esaote III. Yêu cầu khác - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau		
4	TB004	Máy chụp X-quang toàn hàm và sọ mặt – Panorex	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. II. Yêu cầu Cấu hình cung cấp: - Sử dụng công nghệ chùm tia hình nón (CBCT). - Chức năng giảm nhiễu/giảm xáo ảnh kim loại - Công suất bộ phát cao tần tối thiểu 2kVA - Bóng tia X điện áp bóng tối thiểu 60 kV - Bộ cảm biến hình ảnh KTS (CMOS/CCD) - Hệ thống định vị bệnh nhân tự động. - Các sensor chụp: - Sensor chụp toàn cảnh - Sensor chụp sọ nghiêng - Các phần mềm đi kèm: Phần mềm quản lý bệnh nhân. Chẩn đoán toàn bộ xương hàm, khớp thái dương hàm, phần mềm chỉnh nha.Hỗ trợ tư vấn implant. So sánh ảnh 2D/3D, tích hợp DICOM, kết nối RIS, PACS của Bv, xuất nhập hình ảnh từ bộ nhớ ngoài...	Máy	1
			III. Yêu cầu khác - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế tối thiểu 8 năm. - Bàn giao và lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau		

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
5	TB005	Máy chạy thận nhân tạo	I.YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi, mới 100%. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt + Tiếng Anh. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. II.YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Chức năng chính: Cung cấp liệu pháp lọc máu an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân suy thận. Cơ chế hoạt động và các hệ thống chính: Hệ thống thẩm phân: Kiểm soát chính xác lưu lượng, nhiệt độ và độ dẫn điện của dịch lọc. Cung cấp các chương trình khử trùng và rửa máy đa dạng. Hệ thống máu có đầy đủ các chế độ bơm máu chính xác và an toàn. Hệ thống cảm biến an toàn (áp lực tĩnh mạch/động mạch, bọt khí, rò rỉ máu, đông máu). Màn hình cảm ứng LCD, có thể xoay 180 độ. Hiển thị đầy đủ thông số cài đặt và thực tế. Có pin dự phòng. Các chức năng tùy chọn (đo huyết áp tự động, kết nối mạng ngoài, v.v.). Có đầy đủ các chế độ kiểm soát thiết bị an toàn Có đầy đủ các thông số chính như: thể tích siêu lọc,tốc độ siêu lọc,áp lực tĩnh mạch, động mạch, xuyên màng, dịch lọc,nhiệt độ và độ dẫn điện dịch lọc,lưu lượng bơm máu và Heparin.... III. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng - Cam kết cung cấp và có báo giá dụng cụ thay thế tối thiểu 08 năm. - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.	Máy	5
6	TB006	Máy gây mê giúp thở có phân tích khí mê	I. Yêu cầu chung: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. II.Yêu cầu tính năng kỹ thuật Máy chính bao gồm - Màn hình cảm ứng	Cái	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			- Bình bốc hơi thuốc mê - Hệ thống hấp thụ CO₂ - Hệ thống thải khí mê - Hệ thống cung cấp oxy phụ trợ - Hệ thống đo lường, phân tích khí mê - Bộ trộn khí đi kèm theo dây dẫn khí oxy và dây dẫn khí nén: 01 bộ Các phụ kiện đi kèm như: dây gây mê, mặt nạ, bóng bóp, giá đỡ..... Phôi giả Xe đẩy máy có phanh bánh xe Pin dự phòng tích hợp III. Yêu cầu khác Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – Việt: 01 bộ		
7	TB007	Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ y tế tự động dung tích từ 230L	I.Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. II.Yêu cầu tính năng kỹ thuật Máy chính: Là đơn vị xử lý trung tâm, chịu trách nhiệm cho toàn bộ quá trình làm sạch, khử khuẩn và sấy khô. - Bao gồm các pha chương trình có thể tùy chỉnh như rửa sơ, rửa, xả, khử khuẩn và sấy khô. - Cho phép cài đặt nhiệt độ, thời gian và liều lượng hóa chất cho từng pha. Buồng rửa và cửa: - Buồng rửa bằng thép không gỉ, tối thiểu 230 lít - 01 hoặc 2 cửa. Hệ thống tay phun và đường ống thủy lực bằng thép không gỉ Một hoặc hai cửa trượt bằng kính kép, có khóa tự động để đảm bảo an toàn. Có hệ thống đèn LED chiếu sáng bên trong buồng rửa (tùy chọn) Hệ thống lọc cặn bẩn.	Cái	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			Bộ phận điều khiển và chức năng: Bảng điều khiển với màn hình cảm ứng kép, hiển thị thông tin chi tiết về quá trình rửa. Khả năng lưu trữ nhiều chương trình rửa khác nhau. Hệ thống bơm hóa chất tích hợp và cảm biến mức hóa chất. Bộ lọc cấp độ cao để đảm bảo không khí sạch. Kết nối Internet để giám sát từ xa (tùy chọn) Các hệ thống đo lưu lượng nước, và cảm biến áp suất nước. Sử dụng được với nhiều loại hóa chất trên thị trường III. Yêu cầu khác - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm. - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh – Việt: 01 bộ		
8	TB008	Máy hấp nhiệt độ thấp (thể tích thực hấp tối thiểu 90 L)	I. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. II. Yêu cầu tính năng kỹ thuật Máy chính: - Là thiết bị trung tâm, thực hiện quy trình tiệt trùng bằng hơi Hydrogen Peroxide (H₂O₂) hoặc Formaldehyde (HCHO) - Máy có buồng tiệt trùng với thể tích khả dụng tối thiểu 90L - Máy có ít nhất 2 khay chứa dụng cụ kéo được - Máy có màn hình cảm ứng giao diện tiếng Anh và tiếng Việt. - Máy có khả năng kết nối với hệ thống HIS, CSSD, và máy đọc kết quả chỉ thị sinh học (tùy chọn). - Máy có bộ điều khiển đạp chân để mở/đóng cửa buồng (tùy chọn) - Máy có máy in nhiệt tích hợp - Máy có thể theo dõi nồng độ H₂O₂ hoặc HCHO (tùy chọn). - Máy có các chương trình tiệt trùng cài đặt sẵn. - Sử dụng được với nhiều hóa chất dạng H₂O₂ hoặc HCHO trên thị trường. III. Yêu cầu khác	Cái	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			- Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm.		
9	TB009	Máy giặt đồ vải công suất tối thiểu 55 kg	I. Yêu cầu chung: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. - Mới 100%, Năm sản xuất: 2025 trở về sau II. Yêu cầu tính năng kỹ thuật Lồng giặt: Làm từ inox chống gỉ Có khả năng chứa tối thiểu 55 kg đồ giặt mỗi mẻ. Tốc độ giặt nhanh Hệ thống giảm chấn: Lò xo giảm chấn giúp giảm rung lắc trong quá trình hoạt động. Động cơ: Công suất tối thiểu 7,5 kW Vận hành bằng biến tần hiện đại. Hệ thống điều khiển: Cho phép cài đặt các thông số giặt như thời gian, nhiệt độ. Có các chương trình cài đặt sẵn. Hệ thống cấp nước: Có đường cấp nước nóng và lạnh. Có công chờ kết nối hóa chất tự động. Cửa máy: Cửa mở lớn, có khóa điện từ an toàn. Cửa kính chịu nhiệt, chắc chắn. Khung vỏ: Làm từ inox chống gỉ. III. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng - Giao hàng tại bệnh viện đa khoa Cà Mau	Cái	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			- Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm		
10	TB010	Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước dung tích tối thiểu 450 lít	I. Yêu cầu chung: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. - Năm sản xuất: 2024 trở về sau II. Yêu cầu tính năng kỹ thuật Buồng hấp: Làm từ thép không gỉ inox 304, đảm bảo độ bền và vệ sinh. Dạng hình trụ, dung tích tối thiểu 450 lít Thiết kế 2 vách buồng. Máy tạo hơi nước: Tạo hơi nước độc lập, cung cấp hơi nước cho buồng hấp. Công suất gia nhiệt tối thiểu 12 KW Hệ thống điều khiển: Điều khiển áp suất cơ học, cho phép cài đặt áp suất tiệt trùng Bộ điều khiển chỉ báo mực nước, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động. Đồng hồ hiển thị áp suất buồng, vỏ buồng, nhiệt độ và áp suất. Chỉ báo tiến độ và chỉ báo nguồn. Có chức năng sấy khô tự động. Hệ thống loại bỏ khí: Loại bỏ khí bằng trọng lực. Các thành phần khác: Giá đỡ, cửa, chân hỗ trợ, tất cả làm từ thép không gỉ. Hệ thống châm nước bằng tay. Chương trình nung sơ bộ. Cài đặt được thời gian tiệt trùng và thời gian sấy khô. III. Yêu cầu khác: - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm	Cái	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
11	TB011	Ống soi dạ dày	I. Yêu cầu chung - Năm sản xuất: 2025 trở về sau; - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương. - Môi trường hoạt động phù hợp với khí hậu Việt Nam II. Yêu cầu tiêu chí kỹ thuật Chốt kênh: 01 Cái Chổi rửa dài: 01 cái Chổi rửa ngắn: 01 Cái Ngáng miệng: 01 Cái Van sinh thiết: 10 Cái Đầu nối rửa kênh khí nước: 01 Cái Bộ rửa ống soi : 01 Cái Ống phun rửa: 01 Cái Tương thích với hệ thống nội soi CV-170 và CV-190 của Hãng Aizu Olympus Co., Ltd. III. Yêu cầu khác: - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm	Cái	1
12	TB012	Ống soi đại tràng	I.Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: 2024 trở về sau; - Chất lượng: mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương - Môi trường hoạt động phù hợp với khí hậu Việt Nam II. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật: Chốt kênh: 01 Cái Chổi rửa dài: 01 cái Chổi rửa ngắn: 01 Cái	cái	1



STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			Ống dẫn nước phụ: 01 Cái Van sinh thiết: 10 Cái Đầu nối rửa kênh khí nước: 01 Cái Bộ rửa ống soi: 01 Cái Ống phun rửa: 01 Cái Tương thích với hệ thống nội soi CV-170 và CV-190 của Hãng Aizu Olympus Co., Ltd. III. Yêu cầu khác: - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm		
13	TB013	Máy cắt đốt (lưỡng cực, đơn cực, nội soi, mổ hở)	I. Yêu cầu chung: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương - Năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100% II. Yêu cầu tính năng kỹ thuật Máy chính: Đây là trung tâm điều khiển của hệ thống, xử lý và cung cấp năng lượng cho các dụng cụ phẫu thuật. Bàn đạp chân đôi: Cho phép bác sĩ điều khiển các chế độ phẫu thuật bằng chân Các dụng cụ phẫu thuật: Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần và dây nối. Tấm điện cực trung tính dùng một lần và dây nối. Tay dao đơn cực. Xe đẩy chuyên dụng: Để di chuyển và sắp xếp thiết bị. Chức năng và chương trình phẫu thuật: Hệ thống có nhiều chế độ cắt và đốt cầm máu đơn cực và lưỡng cực, với công suất và tần số điều chỉnh được. Các chương trình phẫu thuật tích hợp sẵn cho nhiều chuyên khoa: Phẫu thuật ổ bụng, tim và lồng ngực, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu và phẫu thuật trẻ em, nội soi, phụ khoa. Các tính năng nổi bật:	Cái	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			Màn hình LCD hiển thị thông tin và cài đặt. Điều khiển phím một chạm. Kiểm soát công suất bằng vi xử lý. Giám sát trở kháng mô và điện cực trung tính. Khả năng lưu trữ cài đặt chương trình phẫu thuật. III. Yêu cầu khác - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm		
14	TB014	Bộ dụng cụ vi phẫu thanh quản nội soi	I. Yêu cầu chung: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương - Năm sản xuất 2025 trở về sau. thiết bị mới 100% II. Yêu cầu tính năng kỹ thuật Ống kính nội soi và ống soi treo thanh quản video: - Cho phép quan sát chi tiết thanh quản. - Có kênh hút khói để đảm bảo tầm nhìn rõ ràng trong quá trình phẫu thuật. - Có thể hấp tiết khuẩn. Bộ dụng cụ vi phẫu thanh quản: - Các forceps (kẹp) với các hình dạng và chức năng khác nhau (hàm răng cưa cong, hàm hình tam giác cong, hàm hình chén), phục vụ cho các thao tác kẹp, cắt, và lấy mẫu mô. - Các kéo vi phẫu thanh quản (cong sang phải, cong sang trái, hàm cong lên) để cắt mô chính xác. - Tất cả các dụng cụ đều có kênh vệ sinh để đảm bảo vô trùng. - Cán dùng với lưỡi dao lưỡi liềm. Hệ thống hỗ trợ: - Giá đỡ ống soi treo thanh quản, gắn vòng kim loại, để cố định và điều chỉnh vị trí ống soi. Hộp tiết trùng và bảo quản ống soi. Hộp tiết trùng và bảo quản dụng cụ. III. Yêu cầu khác - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại bệnh viện đa khoa Cà Mau	BỘ	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			- Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm		
15	TB015	Máy sấy đồ vải công suất 65 kg trở lên	I. Yêu cầu chung: - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA, EU hoặc tương đương - Năm sản xuất 2025 trở về sau. thiết bị mới 100% II. Yêu cầu tính năng kỹ thuật - Lồng sấy có chức năng: có khả năng đảo chiều để chống xoắn vải. - Hệ thống gia nhiệt: Chức năng: Tạo ra nhiệt độ cần thiết để làm khô đồ vải. Thông số: Công suất gia nhiệt tối thiểu 120 kW. Đặc điểm: Có khả năng cài đặt nhiệt độ theo yêu cầu. - Hệ thống điều khiển: Chức năng: Điều chỉnh các thông số và chương trình sấy. Đặc điểm: Màn hình hiển thị chế độ và thời gian sấy. Cho phép cài đặt thời gian và nhiệt độ sấy. Có các chương trình cài đặt sẵn có thể tùy biến. Có hệ thống làm nguội đồ vải. - Có chức năng đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi vận hành như hệ thống cửa tự ngắt. III. Yêu cầu khác - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao tối thiểu 08 năm	cái	1
16	TB016	Tấm cảm biến nhận ảnh kỹ thuật số (DR Flat Panel Detector)	I. Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: FDA (Mỹ), CE và tương đương II. Yêu cầu về cấu hình - Tia X sau khi phát ra, được thu nhận thẳng vào tấm nhận ảnh X-Quang DR. Sau đó, hình ảnh được xử lý và chuyển đổi trực tiếp thành hình ảnh số trên máy tính. 1. Tấm thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số: 01 tấm 2. Phần mềm đi kèm	cái	1

STT	Mã SP	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
			3. Máy in phim khô laser 4. Bộ phụ kiện a. Trạm quan sát, điều khiển, xử lý b. Phụ kiện kết nối III. Yêu cầu khác: - Điều kiện bảo hành tối thiểu 12 tháng - Giao hàng tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau - Cam kết cung cấp và có báo giá phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm		

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp các thông số kỹ thuật cơ bản về cấu hình và tính năng của các thiết bị và hệ thống để quý Công ty tham khảo và gửi báo giá. Trong báo giá, quý Công ty có thể đề xuất các sản phẩm sẵn có của mình, miễn là đáp ứng hoặc tương đương với các thông số và đặc tính đã nêu.

Mẫu báo giá

Tên, địa chỉ thông tin liên hệ của nhà cung cấp.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Đơn vị tính là Việt Nam Đồng (VND)

Stt	Danh mục thiết bị y tế (1)	Tên thương mại của sản phẩm (2)	Ký, mã, nhãn hiệu, model (3)	Mã HS (4)	Năm sản xuất (5)	Hãng sản xuất (6)	Nước sản xuất (7)	Xuất xứ (8)	Số lượng/ khối lượng (9)	Đơn giá (10)	Thành tiền (11)	Mã SP (12)
1												
2												
3												
...												
Tổng												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (13)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” (tên hàng hoá) trong Yêu cầu báo giá.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi tên thương mại của hàng hoá do Hãng sản xuất, nhà cung cấp chào bán tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế
- (5), (6), (7), (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, Hãng -nước sản xuất và xuất xứ của thiết bị y tế
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế. Đơn giá đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, lệ phí và tất cả dịch vụ liên quan (nếu có)
- (11) Thành tiền = đơn giá x số lượng/khối lượng
- (12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi mã hàng hoá theo cột mã hàng hoá tương ứng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá